

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

1. Размеры стерилизационной камеры, мм:		
	ГП-20	260x300x260
	ГП-40	260x600x260
2. Автоматически поддерживаемые фиксированные температуры в камере, °С		+85; +120; +160; +180
3. Время нагрева до температуры стерилизации +180°С не загруженного стерилизатора, мин, не более:		
	ГП-20	25
	ГП-40	35
4. Время нагрева до температуры стерилизации +180°С загруженного стерилизатора, мин, не более:		
	ГП-20	45
	ГП-40	60
5. Стерилизатор обеспечивает автоматически время выдержки, мин		30; 45; 50; 60
6. Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока:	напряжение, В	220
	частота, Гц	50
7. Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более:		
	ГП-20	1,5
	ГП-40	1,8
8. Габаритные размеры стерилизатора, мм:		
	ГП-20	460x500x630
	ГП-40	460x800x630
9. Масса стерилизатора, кг:		
	ГП-20	38
	ГП-40	46
10. Нарботка на отказ, ч, не менее условно-непрерывной работы		1250
11. Средний срок службы, год, не менее		10

АППАРАТ ДЛЯ СКЕЛЕТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ № 1

1. Масса аппарата, кг, не более	36
2. Габаритные размеры, мм	2100x610x1400
3. Средний срок службы аппарата, год, не менее	5

По всем вопросам приобретения оборудования обращаться:

Тел./факс: (863-42) 4-18-59

e-mail: uso.aomz@mail.ru

Контактное лицо: Петренко Алла Николаевна.